

Prohlášení o shodě

My,

Jméno dodavatele

Biotektron AG
Weinfelderstrasse 113
CH – 8580 Amriswil
Švýcarsko

na svou výhradní odpovědnost prohlašujeme, že výrobek

Název, typ nebo model **ProfiClave PC10B/PC20B**

Uvedený v tomto prohlášení je ve shodě s těmito směrnici a normativními dokumenty:

| Ustanovení směrnic | Název a/nebo číslo a datum vydání norem |
|--------------------|---|
| | 2014/35/ES Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí |
| | 2014/30/ES Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
| | 2006/42/ES O strojních zařízeních |
| | 2011/65/ES O omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) |
| | 2012/19/ES O odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) |

| | |
|------------------------|--|
| Postup posouzení shody | EN 61010-1:2011 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky |
| | EN 61010-2-040 ED.2 (356502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály |



Místo a datum

Amriswil, 27.04.2016

podpis / jméno zplnomocněné osoby

podpis nečitelný